

令和6年度 最終処分場処理水放射性物質測定結果

測定業者：平成理研株式会社 環境科学センター

測定方法：ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー

測定機器：SEIKO EG&G社製ゲルマニウム半導体検出器

(ORTEC社製造 P型高純度ゲルマニウム半導体検出器 GEM20-70)

SEIKO EG&G社製 波高分析装置

月	各種	放射能濃度(ベクレル)	検出下限濃度(ベクレル)	測定日
4月	セシウム-134	検出せず	10	5月1日
	セシウム-137	検出せず	10	
	計	検出せず		
5月	セシウム-134	検出せず	10	5月20日
	セシウム-137	検出せず	10	
	計	検出せず		
6月	セシウム-134	検出せず	10	6月24日
	セシウム-137	検出せず	10	
	計	検出せず		
7月	セシウム-134	検出せず	10	7月22日
	セシウム-137	検出せず	10	
	計	検出せず		
8月	セシウム-134	検出せず	10	8月26日
	セシウム-137	検出せず	10	
	計	検出せず		
9月	セシウム-134	検出せず	10	9月24日
	セシウム-137	25.0	10	
	計	25.0		

令和6年度 最終処分場処理水放射性物質測定結果

測定業者：平成理研株式会社 環境科学センター

測定方法：ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー

測定機器：SEIKO EG&G社製ゲルマニウム半導体検出器

(ORTEC社製造 P型高純度ゲルマニウム半導体検出器 GEM20-70)

SEIKO EG&G社製 波高分析装置

月	各種	放射能濃度(ベクレル)	検出下限濃度(ベクレル)	測定日
10月	セシウム-134	検出せず	10	10月21日
	セシウム-137	20.0	10	
	計	20.0		
11月	セシウム-134	検出せず	10	11月18日
	セシウム-137	15.0	10	
	計	15.0		
12月	セシウム-134	検出せず	10	12月23日
	セシウム-137	検出せず	10	
	計	検出せず		